



Zapytanie ofertowe nr 1/2026

w związku z realizacją Przedsięwzięcia w ramach Projektu grantowego pn. „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Data zapytania	27.07.2026 r.
Nazwa Grantobiorcy/ Zamawiającego	ALVITA Zabielska i Partnerzy Spółka Partnerska Lekarzy ul. Kaprysowa 7, 20-843 Lublin Numer wniosku: 03OW/1069/II2026
Przedmiot zamówienia	Dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego na potrzeby placówki POZ, w podziale na dwie części: Część 1 – sprzęt medyczny (17 pozycji) – planowany termin do 31.08.2026 r.; Część 2 – spirometr, waga z analizatorem składu ciała, lodówka z monitoringiem temperatury, wizualizator naczyńniowy (skaner żył) – planowany termin do 30.09.2026 r.
Planowany termin realizacji (od – do)	Część 1 – do 31.08.2026 r. Część 2 – do 30.09.2026 r.
Termin przesłania oferty	na adres e-mail: nzoz_alvita@wp.pl do dnia 10.08.2026 r. godz. 23:59

Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z zachowaniem zasady równego traktowania oraz uczciwej konkurencji wobec wszystkich potencjalnych oferentów. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu medycznego wraz z transportem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oraz – jeżeli dotyczy – przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi. Zamówienie zostało podzielone na dwie części, opisane w tabelach poniżej. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub obie części.

Część 1 – sprzęt medyczny (planowany termin realizacji do 31.08.2026 r.)

Lp.	Nazwa sprzętu	Liczba (szt.)	Wymagane minimalne parametry
1	Pulsoksymetr	8	– pulsoksymetr napalcowy z wyświetlaczem (OLED/LCD), pomiar SpO ₂ , – zakres pomiaru SpO ₂ min. 70–100%, dokładność $\pm 2\%$ (w zakresie 70–100%), – wyrób medyczny z oznakowaniem CE.
2	Waga medyczna ze wzrostomierzem	7	– waga lekarska (elektroniczna) ze zintegrowanym wzrostomierzem, – maksymalne obciążenie min. 150 kg, – platforma antypoślizgowa, stabilna konstrukcja; – legalizacja do zastosowań medycznych (klasa dokładności III), oznakowanie CE.
3	Aparat do szybkiej diagnostyki – różne testy w tym CRP	1	– analizator do szybkiej diagnostyki oznaczający m.in. CRP z krwi włosniczkowej/żylniej, – możliwość wykonywania oznaczeń dodatkowych (np. HbA _{1c} , hematologia – zgodnie z ofertą producenta), – zestaw startowy odczynników/testów w komplecie; wyrób z oznakowaniem CE/IVD.



4	Otoskop	7	– otoskop diagnostyczny światłowodowy z oświetleniem LED, – rękojeść bateryjna/akumulatorowa, – wyrób medyczny z oznakowaniem CE.
5	Wózek inwalidzki dla osoby dorosłej	1	– wózek inwalidzki ręczny, składany, rama stalowa lub aluminiowa, – szerokość siedziska ok. 45–48 cm, maksymalne obciążenie min. 120 kg, – podnóżki odchylane/zdejmowane oraz podłokietniki, – wyrób z oznakowaniem CE.
6	Waga medyczna dla niemowląt	1	– waga elektroniczna niemowlęca z wyprofilowaną niecką, – zakres ważenia min. do 15 kg, – funkcja TARA oraz HOLD (blokada wyniku przy poruszaniu się dziecka), – legalizacja do zastosowań medycznych (klasa III), zasilanie sieciowe i/lub bateryjne, – wyrób z oznakowaniem CE.
7	Aparat EKG	1	– aparat elektrokardiograficzny min. 12-odprowadzeniowy, zapis 3/6/12-kanalowy, – rejestracja i wydruk (drukarka termiczna) oraz podgląd na wyświetlaczu, – pamięć badań, eksport (USB/PDF), – komplet kabla pacjenta, elektrod i papieru; wyrób z oznakowaniem CE.
8	Nebulizator	6	– inhalator (nebulizator) pneumatyczno-tłokowy, – komplet: nebulizator, maska dla dorosłego i dla dziecka, ustnik, dren, – zasilanie sieciowe 230 V; wyrób z oznakowaniem CE.
9	Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi (elektroniczny i/lub manualny, różne rozmiary, w tym komplet mankietów dla dzieci)	8	– ciśnieniomierz elektroniczny naramienny – komplet mankietów w różnych rozmiarach, w tym mankiety dziecięce, – detekcja arytmii, pamięć pomiarów, – walidacja kliniczna, wyrób z oznakowaniem CE.
10	E-stetoskop	1	– stetoskop elektroniczny z cyfrowym wzmocnieniem dźwięku i redukcją szumów otoczenia, – regulacja głośności (wielostopniowe wzmocnienie), – zasilanie bateryjne, wskaźnik stanu baterii; wyrób z oznakowaniem CE.
11	Stetoskop (zwykły, internistyczny, pediatryczny)	8	– stetoskop akustyczny dwustronny (membrana + lejek) lub z membraną dwuczęstotliwościową, – dostępne wersje/główce: internistyczna oraz pediatryczna, – wysokiej jakości przewód akustyczny, miękkie oliwki douszne, – wyrób z oznakowaniem CE.
12	Aparat EKG mobilny	1	– przenośny (mobilny) aparat EKG zasilany akumulatorowo, – rejestracja min. 12 odprowadzeń lub tryb 1–6 odprowadzeń (urządzenie mobilne), – zapis cyfrowy, ekran podglądu, eksport wyniku (PDF / aplikacja / chmura), – komplet akcesoriów; wyrób z oznakowaniem CE.
13	Detektor przepływu Doppler	1	– ręczny (kieszonkowy) detektor przepływu naczyniowego – Doppler, – sonda naczyniowa min. 8 MHz; opcjonalnie sondy wymienne, – sygnał audio (wbudowany głośnik / wyjście słuchawkowe), regulacja głośności, – zasilanie bateryjne/akumulatorowe, żel w komplecie; wyrób z oznakowaniem CE.
14	Dermatoskop	1	– dermatoskop ręczny z oświetleniem LED,



			– zasilanie akumulatorowe/bateryjne; możliwość adaptera do aparatu/smartfona (opcjonalnie); CE.
15	Termometr elektroniczny	9	– termometr elektroniczny bezkontaktowy (na podczerwień) i/lub kontaktowy, – zakres pomiaru temperatury ciała min. 34–43°C, – szybki pomiar, pamięć ostatnich pomiarów, sygnalizacja gorączki, – zasilanie bateryjne; wyrób z oznakowaniem CE.
16	Kozetka lekarska	6	– kozetka lekarska dwu-/trzyosłowa z regulacją zagłówka, – konstrukcja metalowa lakierowana proszkowo/ze stali, tapicerka zmywalna i dezynfekowalna, – maksymalne obciążenie min. 120kg – wyrób z oznakowaniem CE.
17	Lampa UV bakterio- i wirusobójcza	8	– lampa bakteriobójcza UV-C przepływowa – licznik czasu pracy promiennika, wykonanie mobilne (statyw/kółka) – zabezpieczenia zgodne z przeznaczeniem; wyrób z oznakowaniem CE.

Część 2 – sprzęt medyczny (planowany termin realizacji do 30.09.2026 r.)

Lp.	Nazwa sprzętu	Liczba (szt.)	Wymagane minimalne parametry
1	Spirometr	1	– spirometr diagnostyczny (przenośny lub stacjonarny/komputerowy). – pomiar min. parametrów: FVC, FEV1, PEF, – wbudowana pamięć badań – wydruk raportu; komplet ustników jednorazowych i zacisków na nos. – wyrób z oznakowaniem CE.
2	Waga z analizatorem masy ciała (analizator składu ciała)	1	– pomiar min.: masa ciała, BMI, zawartość tkanki tłuszczowej, masa mięśniowa, zawartość wody, masa kostna, – maksymalne obciążenie min. 150 kg, – elektrody stopowe (min.); opcjonalnie uchwyty ręczne (analiza segmentowa). – wydruk/eksport wyników lub aplikacja; zasilanie sieciowe/bateryjne, – wyrób z oznakowaniem CE.
3	Lodówka z monitoringiem temperatury	1	– chłodziarka farmaceutyczna/laboratoryjna do przechowywania leków i szczepionek, – zakres temperatury +2°C do +8°C, wymuszony obieg powietrza i stabilizacja temperatury, – elektroniczny sterownik z wyświetlaczem oraz ciągły monitoring i rejestracja temperatury – alarmy: temperaturowy (górny/dolny), otwartych drzwi, zaniku zasilania; pamięć zdarzeń, – wyrób z oznakowaniem CE.
4	Wizualizator naczyń (skaner żył)	1	– urządzenie do bezdotykowej wizualizacji układu żylnego w podczerwieni, – projekcja obrazu naczyń żylnych na powierzchnię skóry w czasie rzeczywistym, – regulacja jasności/kontrastu oraz wielkości obrazu, kilka trybów kolorystycznych, – wykonanie mobilne (statyw jezdny) lub ręczne, zasilanie akumulatorowe, – wyrób z oznakowaniem CE.

Wymagania wspólne dla obu części: oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad oraz dopuszczony do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami o wyrobach

medycznych (posiadać deklarację zgodności i oznakowanie CE, a jeżeli dotyczy – wpis/zgłoszenie do właściwego rejestru wyrobów medycznych). Podane parametry stanowią wymagania minimalne – dopuszcza się zaoferowanie sprzętu o parametrach równoważnych lub lepszych. Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 12 miesięcy dla każdej pozycji.

2. Warunki udziału w postępowaniu

~~nie dotyczy~~
dotyczy

O udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot spełniający następujące warunki:

- posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia i prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dostaw sprzętu i wyposażenia medycznego (w zakresie części, na którą składa ofertę);
- nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w rozumieniu zasad udzielania zamówień określonych w Zaleceniach Grantodawcy – na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
- nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

Oferent musi spełniać wszystkie wyżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, które oceniane są zero–jedynkowo (według formuły: spełnia – nie spełnia). Niespełnienie któregośkolwiek z w/w warunków udziału w postępowaniu będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.

- Oferty muszą zostać złożone na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
- Każdy wykonawca może złożyć 1 ofertę (na jedną lub obie części zamówienia).
- Złożone oferty muszą być ważne przez okres 60 dni od dnia ich przesłania.
- Oferty muszą zostać podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, przy czym upoważnienie to może wynikać z dokumentów rejestrowych lub z pełnomocnictwa.

7. Kryteria oceny ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty (odrębnie dla każdej części) nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Nazwa kryterium	Waga
Cena	80 %
Okres gwarancji	20 %

Sposób oceny ofert (punktacja liczona odrębnie dla każdej części):

- Cena (waga 80%) – liczba punktów: $C = (C_n / C_b) \times 80$, gdzie C_n – najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych, C_b – cena brutto oferty badanej. Maksymalnie 80 pkt.



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia

b) Okres gwarancji (waga 20%) – wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy; oferty z krótszym okresem zostaną odrzucone. Liczba punktów: $G = (G_b / G_{max}) \times 20$, gdzie G_b – okres gwarancji oferty badanej (w miesiącach), G_{max} – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji (w miesiącach). Maksymalnie 20 pkt.

Łączna liczba punktów: $P = C + G$ (maksymalnie 100 pkt).

Spośród ważnych ofert Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyska największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert.

8. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych (na Część 1 i/lub Część 2).

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania, zamknięcia zapytania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyny.

10. Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty oferentów, którzy złożyli oferty, przesyłając informację na adres poczty elektronicznej.

11. Zamawiający informuje, że umowa będzie zawierana w formie pisemnej (jeśli dotyczy).

12. Osoby do kontaktu

W kwestiach związanych z realizacją zamówienia proszę kontaktować się z Panią Dorotą Turek, e-mail: nzoz_alvita@wp.pl, , tel. 535-423-683

Podpis osób reprezentującej Zamawiającego

KIEROWNIK
Przychodni Lekarza Rodzinnego

„ALVITA” w Lublinie

Elżbieta Zabielska

lek. med. Elżbieta Zabielska

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2- Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiając

Załącznik nr 3- Oświadczenia o braku wykluczenia z postępowania w związku z działaniami

Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

